














Lesebrillen im Test

12. März 2018

													
Marke	Tschibo	Izipizi	Wedo	Fielmann	I need you	Cerjo	Glasses Art	–	Invu	–	Sombra	Polaroid	Interop*
Bezeichnung	Zweit-Lesebrille	Tortoise	Design-Zweit-Lesebrille	–	Rainbow	–	–	Lesenbrille Kunststoff	Lesebrille	Genius	Reading Glasses	–	A1s
mit Etui	ja	ja	ja	nein	nein	ja	ja	ja	ja	nein	nein	ja	ja
Augenabstand deklariert	ja	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	nein
Eingekauft	Tchibo	Globus	MacPaper	Fielmann	Lüthy – Das Buchhaus	Coop	Globus	Landi	Coop Vitality	K Kiosk	Migros	Manor	Visilab
Ebenfalls erhältlich	–	Design- und Einrichtungsläden	Waser, Papeterien	–	–	Sun-Store-Apotheke, Spar, Drogeriemarkt Müller	Glassesart.ch	–	Coop City, Manor, Loeb	Avec, P&B	–	Migros	–
Preis	Fr. 14.95	Fr. 39.90	Fr. 8.70	Fr. 13.50	Fr. 18.00	Fr. 19.90	Fr. 59.90	Fr. 2.50	Fr. 29.90	Fr. 8.90	Fr. 19.90	Fr. 29.90	Fr. 9.90
Robustheit der Bügel (25%)	6.0	5.6	5.8	5.6	4.9	6.0	5.8	6.0	5.2	5.2	5.2	5.8	5.2
Verformung der Bügel (mm)	0.1	1	0.4	1	2.8	0	0.5	0.1	1.9	1.9	1.9	0.5	1.9
Abweichung zur deklarierten Dioptrienzahl (25%)	5.7	5.0	5.3	5.0	5.5	5.7	5.3	5.2	5.7	4.7	5.3	4.8	4.2
deklariert (mm)	63	61	62	62	62	–	–	–	–	62	–	64	–
Abweichung Pupillenabstand rechte Seite (15%)	6.0	5.2	4.6	5.0	4.2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0
Abweichung in 1 m Abstand (cm)	0.00	0.13	0.23	0.17	0.29	Deklaration fehlt	Deklaration fehlt	Deklaration fehlt	Deklaration fehlt	0.68	Deklaration fehlt	0.66	Deklaration fehlt
Abweichung Pupillenabstand linke Seite (15%)	4.6	5.3	4.7	4.7	5.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.8	2.0	3.0	2.0
Abweichung in 1 m Abstand (cm)	0.23	0.12	0.22	0.22	0.08	Deklaration fehlt	Deklaration fehlt	Deklaration fehlt	Deklaration fehlt	0.52	Deklaration fehlt	0.51	Deklaration fehlt
Zentrierung der Gläser in der Höhe (20%)	5.6	5.6	5.2	5.3	5.5	5.2	5.5	4.4	5.0	4.9	4.5	3.9	5.2
Zentrierung der Gläser (cm in 1 m Abstand)	0.06	0.06	0.13	0.11	0.08	0.1	0.08	0.27	0.17	0.18	0.24	0.35	0.14
Gesamtnote	5.6	5.4	5.2	5.2	5.2	4.6	4.5	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.0
Gesamturteil	sehr gut	gut	gut	gut	gut	genügend**	genügend**	genügend**	genügend**	genügend**	genügend**	genügend**	genügend**

*nicht mehr im Angebot
**erfüllt die Norm nicht

